

第 11-02140-01 号

平成 23 年 8 月 29 日

放射性物質検査結果書

株式会社 長根商店 様


〒020-0125

盛岡市上堂3丁目17番

社団法人 岩手県薬剤師会

岩手県医薬品・衛生検査センター

TEL 019-641-4401 FAX 019-641-4402



平成 23 年 8 月 25 日に受け付けた検査体の検査結果は次のとおりです。

1. 検体情報

検体名	塩漬なめこ
採取場所	岩手県北
採取者	
採取日時	平成 23 年 4 月

2. 検査日時

平成 23 年 8 月 26 日 14 時 01 分

3. 検査結果

検査項目	測定値	単位	定量限界
放射性ヨウ素 (I-131)	検出せず	Bq/kg	20 Bq/kg
放射性セシウム (Cs-134 と Cs-137 の総量)	検出せず	Bq/kg	10 Bq/kg
Cs-134	検出せず	Bq/kg	10 Bq/kg
Cs-137	検出せず	Bq/kg	10 Bq/kg
測定機器	NaI(Tl)シンチレーションスペクトロメーター CAPINTEC 製 Captus3000		
試験方法	NaI(Tl)シンチレーションスペクトロメーター機器分析法 (S49年文部科学省科学技術・学術政策局 原子力安全課防災対策室)		
前処理方法	緊急時における食品の放射能測定マニュアル (H14年3月厚生労働省医薬局食品保健部監視安全課)		
備考:	食品衛生法の規定に基づく食品中の放射性物質に関する暫定規制値 : 放射性ヨウ素 2,000Bq/kg、放射性セシウム 500Bq/kg		

検査責任者: 佐々木 知美